

CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Matična številka: 3663388000
Davčna številka: 90147502
Tel. 01 477 3857
www.cipkebiP.org

Datum: 21.9.2018

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za izvedbo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti za
»Nakup in instalacijo CCD kamere PHOTON II CPAD za vgradnjo v sistem X8
PROTEUM (zamenjava PLATINUM¹³⁵ CCD kamere)«

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30.11.2015) ter sprememb in dopolnitev zakona (Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2.3.2018) v nadaljevanju ZJN-3, v skladu s 47. členom ZJN-3 in Sklepa o začetku oddaje javnega naročila z dne 5.9.2018,

Vas vabimo k oddaji ponudbe na javno naročilo male vrednosti

za dobavo in instalacijo CCD kamere PHOTON II CPAD za vgradnjo v sistem X8
PROTEUM (zamenjava PLATINUM¹³⁵ CCD kamere).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

S spoštovanjem,

doc. dr. Livija Tušar
poslovna direktorica CIPKeBiP

Priloge:

1. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
2. **Obrazec A** Podatki o ponudniku
3. **Obrazec B** Predračun
4. **Obrazec C** Izpolnjevanje pogojev
5. **Obrazec D** Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev
6. **Obrazec E** Izjava o odzivnem času za servis
7. **Obrazec F** Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc
8. **Obrazec G** Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi
9. **Obrazec H** Izvedba naročila s sodelovanjem podizvajalcev
10. **Obrazec I** Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje
11. **Priloga št. 1** Dokazila o sodelovanju
12. **Priloga št. 2** Vzorec kupoprodajne pogodbe
13. **Priloga št. 3** Prezemni zapisnik za javno naročilo
14. **Priloga št. 4** Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Naročnik

Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov CIPKeBiP

2. Oznaka in predmet naročila

Interna številka javnega naročila je 01-2018.

Predmet javnega naročila je **nakup in instalacija CCD kamere PHOTON II CPAD za vgradnjo v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM¹³⁵ CCD kamere).**

3. Izvajanje razpisa

Javno naročilo se oddaja v skladu s 47. členom ZJN-3 po postopku naročila male vrednosti.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje pet dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Naročnik lahko v skladu z 90. členom ZJN-3 kadarkoli prekine postopek javnega naročanja.

Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika s katerim bo sklenil pogodbo.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na internetnem naslovu: <http://www.cipkebiP.org/>.

4. Prijava na razpis

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa.

5. Jezik ponudbe

Ponudba je lahko izdelana v slovenskem ali angleškem jeziku.

6. Predhodne pogodbene povezave ponudnikov

a) Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki morajo predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega

naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno in vsak posebej odgovorni za izvedbo javnega naročila. Predhodno omenjeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej, ki morajo izpolnjevati vse pogoje pod točko 8, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

b) Ponudba s podizvajalci

Definicija podizvajalca je podana v točki 1, 94. člena ZJN-3. Podizvajalsko razmerje nastopi v primeru, ko glavni izvajalec del ali celotno javno naročilo s pogodbo odda v izvajanje podizvajalcu. Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- 1) navesti vse podizvajalce (vsak podizvajalec posebej mora izpolnjevati vse pogoje pod točko 8) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- 2) kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- 3) izpolnjene Izjave o izpolnjevanju pogojev priglašениh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3A, ter
- 4) priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3 ter izpolnjevati vse pogoje pod točko 8.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- 1) glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- 2) podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- 3) glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, ponudnik predloži Pooblastilo za neposredno plačilo (Obrazec I).

7. Popolna ponudba

Popolna ponudba mora vsebovati dokumente zložene po naslednjem vrstnem redu:

- a) Izpolnjene in podpisane podatke o ponudniku **Obrazec A**
- b) Izpolnjen in podpisan predračun **Obrazec B**
- c) Izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev **Obrazec C**
- d) Izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju tehničnih pogojev **Obrazec D**
- e) Izpolnjeno in podpisano izjavo o odzivnem času za servis **Obrazec E**
- f) Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc **Obrazec F** (neobligacijsko)
- g) Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi **Obrazec G**
- h) Izvedba naročila s sodelovanjem podizvajalcev **Obrazec H**
- i) Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje **Obrazec I**
- j) Dokazila o sodelovanju ponudnika ali proizvajalca v zadnjih dveh letih pri različnih naročnikih **Priloga št. 1**
- k) Izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe **Priloga št. 2**

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila ne bo posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mu v ponudbi ni potrebno predložiti naslednjih dokumentov:

- a) Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi **Obrazec G**
- b) Izvedba naročila s sodelovanjem podizvajalcev **Obrazec H**
- c) Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje **Obrazec I**

Prevzemni zapisnik za javno naročilo (**Priloga št. 3**) se izpolni pri dobavi in instalaciji opreme, ki je predmet naročila.

Ostali pogoji:

- a) Predračun mora biti veljaven ves čas trajanja pogodbenega razmerja oziroma do 31.3.2019.
- b) Vse cene morajo biti izražene v evrih. Končna cena mora vsebovati vse elemente iz katerih je sestavljena vključno s stroški transporta, odmontiranjem obstoječe PLATINUM¹³⁵ CCD kamere in s funkcionalno vgradnjo nove PHOTON II CPAD CCD

kamere, preizkusom tako nove CCD kamere in celotnega sistema z vključeno novo CCD kamero za slikanje kristalov X8 PROTEUM. Morebitni popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno. Odmontirani deli lahko preidejo v last proizvajalca oziroma ponudnika. V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3.

c) Čas dobave ne sme biti daljši od 5 mesecev od podpisa pogodbe.

d) Garancija: 3 leta na nov CCD detektor.

Naročnik lahko del plačila opravi z avansom, izbrani ponudnik pa mora naročniku priložiti ob dogovoru za predplačilo (avans) tudi dve blanco menici za zavarovanje avansa, ki se po izvršeni pravilni dobavi vrneja prodajalcu (Priloga številka 4).

V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.

Naročnik ne dopušča predložitve variantnih ponudb.

V skladu s 6.točko 91. člena ZJN-3 mora ponudnik v 8 dneh po prejemu poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in moralno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, poslani v ponudbi, resnični. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

8. Pogoji za sodelovanje

a) Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

Dokazilo je izpolnjen **OBRAZEC C, točka 1** za vse gospodarske subjekte v ponudbi vključno z morebitnimi podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za gospodarski subjekt in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). Ponudnik lahko že v ponudbi s podpisom Obrázca F dovoli naročniku pridobitev potrebnih podatkov.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

- b) Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave, znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodne iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Dokazilo je izpolnjen **OBRAZEC C, točka 2** za vse gospodarske subjekte v ponudbi vključno z morebitnimi podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3.

- c) Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke 4. odstavka 75. člena ZJN-3.

Dokazilo je izpolnjen **OBRAZEC C, točka 3** za vse gospodarske subjekte v ponudbi vključno z morebitnimi podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3.

- d) Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Dokazilo je izpolnjen **OBRAZEC C, točka 4** za vse gospodarske subjekte v ponudbi vključno z morebitnimi podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

- e) Ponudnik je za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo je izpolnjen **OBRAZEC C, točka 5 in 6** za vse gospodarske subjekte v ponudbi vključno z morebitnimi podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3.

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora izjava vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

- f) Ponudnik zagotavlja zahtevano tehnično ustreznost naprave v skladu s tehničnimi zahtevami opisa opreme iz razpisne dokumentacije.

Dokazilo je izpolnjen **OBRAZEC C, točka 7** za vse gospodarske subjekte v ponudbi vključno z morebitnimi podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3.

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Ponudnik izpolni vse točke obrazca C »Izjava o izpolnjevanju pogojev« in vsako izpolnjeno točko tudi parafira vključno z morebitnimi podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3.

9. Tehnične zahteve

Splošne zahteve

a) Splošne zahteve:

- Sistem za določevanje kristalnih struktur makromolekul X8 PROTEUM je sestavljen iz generatorja rentgenskih žarkov, detektorskega sistema (CCD kamera), računalnikov in programske opreme ter osnovnih pripomočkov za kristalizacijo, shranjevanje in obdelavo kristalov.
- Predmet razpisa je **nakup in instalacijo CCD kamere PHOTON II CPAD za vgradnjo v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM¹³⁵ CCD kamere).**
- Vključen je nakup CCD kamere PHOTON II CPAD, odmontiranje obstoječe PLATINUM¹³⁵ CCD kamere, vgradnja nove kamere, dobava novega računalnika in programske podpore novi kameri in delovanju celotnega sistema X8 PROTEUM ter preizkus delovanja nove PHOTON II CPAD CCD kamere in celotnega sistema X8 PROTEUM z vgrajeno novo PHOTON II CPAD CCD kamero.
- Nova CCD kamera oziroma detektor mora biti vrste CPAD.
- Nova CCD kamera oziroma detektor mora biti kompatibilen z Brukerjevim KAPPA goniometrom in motoriziranim tirom detektorja.
- Nova CCD kamera mora biti integrirana z in jo mora kontrolirati Brukerjeva BIS programska oprema.

Detektorski sistem

b) *Detektor*

- CCD kamera mora zaznavati en foton z nizkim šumom in omogočati hitro odčitavanje za neprekinjeno zbiranje oz. snemanje podatkov. Zajemati mora območja splošno uporabljenih rentgenskih valovnih dolžin (Cu, Ga, Mo, Ag),
- CCD kamera mora biti preprosta za vzdrževanje, z nizko porabo energije in zračno hlajena,
- Podrobne specifikacije CCD kamere:
 - Vrsta detektorja: CPAD,
 - Aktivno območje (mm²): 140 x 100,
 - Velikost pike: 135 x 135,
 - Širjenje točke, zamegljenost okrog točke (μm): 75,
 - DQE (Ga K-alfa) (izmerjena kvantna učinkovitost): >0.9,
 - Občutljivost za zaznavo enega fotona: 0.99,
 - Čas odčitavanja (ms): 14,
 - Hitrost osveževanja (Hz): 70,
 - Šum deljenja naboja, ko signal zadane mrtvo območje med dvema pikama: 0 elektronov,
 - Omogočanje velikega aktivnega območja, > 93x93 mm brez mrtvega območja,
 - Nelinearna stopnja štetja: <1% nelinearnost do polnega števila,
 - Dinamično območje/razpon: >200.000,
 - Neobčutljiva območja med pikami: 0%,
 - Način hlajenja: zrak.

c) *Obstoječi goniometer (4 kapa) vključno z vmesnikom in generatorjem mora biti nadgrajen z novo CCD kamero na mestu postavitve sistema X8 PROTEUM:*

- mora biti računalniško kontroliran tudi po montaži nove CCD kamere,
- zaščiten pred trki z ostalo opremo,
- montiranje kristalov: goniometriška glava mora omogočati optimalno montažo kristalov.

d) *Interaktivna kontrola goniometra znotraj varnostnega ohišja mora zajemati:*

- spreminjanje pozicije in orientacije goniometra in detektorja,
- sprožitev snemanja testnih podatkov.

e) *Sistem za centriranje kristalov mora delovati brezhibno po montaži nove CCD kamere:*

- testiranje celotnega sistema s testnimi proteinskimi kristali.

Računalnik in programska oprema

f) *Dobava namensko konfiguriranega računalnika za nadzor instrumentov in programske opreme za snemanje in obdelavo podatkov z novo PHOTON II CPAD CCD kamero:*

- Procesor Core™ i5 Quad Core četrte generacije,
- 8 GB RAM,
- Trdi disk 2.0 TB SATA,
- 24" LED monitor,
- US/INT tipkovnica,
- Optična miška,
- SATA DVD-RW,
- Operacijski sistem: Windows 7 Professional 64 Bit, Angleški,
- integrirana programska oprema za snemanje podatkov, indeksiranje, integracijo

- in skaliranje mora vključevati licenco za posodobitev/nadgradnjo programa APEX3 ali PROTEUM2, na zadnjo izdajo programske različice,
- Priročniki: celovit paket navodil za uporabo na CD-ROM (programska in strojna oprema).

Vzdrževanje in podpora

g) *Triletna garancija CCD kamere,*

Ostalo

h) *Zamenjane dele v sistemu X8 PROTEUM lahko ponudnik nove CCD kamere prevzame v trajno last.*

Ponudnik lahko z dodatno izjavo jamči, da nova CCD kamera izpolnjuje navedene zahteve in je skladna z obstoječo opremo oziroma sistemom X8 PROTEUM.

10. Merila pri ocenjevanju in vrednotenju ponudb

Naročnik bo izbral najustreznejšega ponudnika ob izpolnjevanju pogojev navedenih v 7. (Popolna ponudba), 8. (Pogoji sodelovanja) in 9. točki (Tehnične zahteve), servis (Obrazec E) ter na podlagi ponujene cene.

Merila pri ocenjevanju in vrednotenju ponudb so navedena v naslednji preglednici:

Št.	Kriterij	Število točk
1	Vrednost ponudbe, ki izpolnjuje vse zahteve točke 9 (Tehnične zahteve), 7 (Popolna ponudba) in 8 (Pogoji sodelovanja). P=povprečna vrednost ponudb (izpolnjujejo 9, 7 in 8) • $P \pm 10\%$ • več kot 11% oziroma do 20% nižji znesek od P • več kot 21% nižji znesek od P • več kot 11% do več kot 20% višji znesek od P • več kot 21% višji znesek P	10 15 20 5 0
2	Dobavni rok • Več kot 5 mesecev • 5 mesecev • 4 mesece • 3 mesece • 2 meseca in manj	0 20 30 40 50
3	Servisni rok • 10 delovnih dni • 12 delovnih dni • 14 delovni dni • Več kot 15 delovnih dni	30 20 10 5

Največ možnih točk je 100. Ponudnik, ki bo dobil največ točk bo pozvan k izvedbi naročila. V primeru dveh ponudnikov z enakim številom točk bo izbran tisti, ki bo dosegel večje število točk pri merilu št. 1, vrednost ponudbe.

11. Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: <http://www.enarocanje.si>.

Ponudniki lahko v pisni obliki na zgornji naslov zahtevajo dodatna pojasnila do 19.10.2018 do 10.00 ure. Naročnik bo posredoval odgovor, ki bo objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

12. Način in rok oddaje ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem **ePonudbe.si** na spletnem naslovu <http://eponudbe.si/>.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema ePonudbe.si <http://eponudbe.si/> **najkasneje do 25.10.2018 do 10:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu eponudbe.si označena s statusom »ODDANO«.

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe do roka za prejem ponudb. Umik ponudbe je mogoče izvesti na portalu ePonudbe.si v profilu ponudnika, ki je oddal ponudbo v sistem, pri oddani ponudbi, z opcijsko navedbo razloga umika, spremembo ponudbe pa se izvede znotraj istega sistema tako, da se najprej umakne že predloženo ponudbo, nato pa se pred rokom za prejem ponudb odda novo ponudbo.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: <http://eponudbe.si/>.

Ponudnik v informacijskem sistemu ePonudbe.si v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki naloži obrazec Predračun, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik mora naložiti tudi ostale dokumente (zahtevane v točki 7 »Popolna ponudba«).

Ponudnik mora vse ponudbene dokumente skenirati ter jih v PDF obliki predložiti v svojo elektronsko ponudbo. Pred tem mora obrazce, kjer je to zahtevano, izpolniti, podpisati in žigosati.

Rok veljavnosti ponudbe je 31.3.2019.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

13. Odpiranje ponudb

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem ePonudbe.si samodejno 25.10.2018 ob 10.00 uri, to je uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki

ga ponudnik naloži v sistem ePonudbe.si pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu ePonudbe.si na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

14. Podpis pogodbe

Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 90. člena ZJN-3 predvidoma v roku 10 dni od roka za oddajo ponudbe.

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10, 26/11 in 43/11; ZIntPK), bo dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika Centra odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, le-temu, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, oddaji naročila po sklopih in podobno.

15. Pravno varstvo

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 2.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen na Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico.

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857

Interna številka javnega naročila: 01-2018

PODATKI O PONUDNIKU

Predmet javnega naročila po postopku naročila male vrednosti je **nakup in instalacija CCD kamere PHOTON II CPAD za vgradno v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM¹³⁵ CCD kamere).**

Podatki o ponudniku:

Naziv:	
Naslov:	
Zakoniti zastopnik:	
Davčna številka:	
Matična številka:	
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):	
Številke transakcijskih računov:	
Odprtih pri banki/bankah:	
Odgovorna oseba	
Kontaktna oseba:	
GSM kontaktne osebe:	
Številka telefona:	
Elektronski naslov:	
Spletni naslov:	

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Žig in podpis ponudnika

Kraj in datum: _____

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857

Interna številka javnega naročila: 01-2018

PONUĐNIK

Naziv	
Naslov	
Davčna številka	
Matična številka	
Transakcijski račun	
Kontaktna oseba	
Elektronski naslov kontaktne osebe	
Odgovorna oseba za podpis pogodbe	

P R E D R A Č U N št.: _____

Datum izdaje:

Kraj izdaje:

JAVNO NAROČILO po postopku naročila male vrednosti za **nakup in instalacijo CCD kamere PHOTON II CPAD za vgradno v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM¹³⁵ CCD kamere)**

Zap. Št.	Opis artikla	Količina	Cena na enoto (brez DDV v EUR)	Skupaj (brez DDV v EUR)
Skupaj (brez DDV v EUR)				
Popust (___%) (EUR)				
22% DDV (EUR)				
Skupaj za plačilo (EUR)				

Cene so končne in v njih so všteti vsi stroški za izvedbo javnega naročila vključno s stroški prevoza, s funkcionalno postavitvijo opreme in usposabljanjem uporabnikov.

Dobavni rok:

Plačilni pogoji:

Veljavnost predračuna:
Garancijski rok:

Žig in podpis ponudnika:

OBVEZNA PRILOGA:

Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba dobavitelja s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu.

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857

Interna številka javnega naročila: 01-2018

Ponudnik (podjetje): _____

Naslov _____

I Z J A V A o izpolnjevanju pogojev

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje za sodelovanje:

Zap. št.	Pogoji	Izpolnujete tako, da vpišite Da oz. Ne in parafirate vsako točko posebej
1	Izjavljamo, da nismo mi in ne naši zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravno osebo, bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj določenih v 1. odstavku 75. člena ZJN-3.	
2	Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (ZJN-3).	
3	Izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam ponudnikov z negativnimi referencami iz a) točke 4. odstavka 75. člena ZJN-3.	
4	Izjavljamo, da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb nismo prejeli globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo od pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države.	
5	Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.	
6	Izjavljamo, da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.	
7	Izjavljamo, da bomo dobavili opremo, ki bo tehnično ustrezala zahtevam navedenim v točki 9 z naslovom Tehnične zahteve.	
8	Izjavljamo, da smo skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno sposobni izvesti predmetno naročilo.	
9	Izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz 1., 2. in 3. Odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije – ZPKor (Uradni list RS, št. 8/04).	

10	Izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in zoper nas ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. Kot dokazilo prilagamo izpolnjen in podpisan obrazec F.	
11	Izjavljamo, da nam ni bila izrečena stranska kazen prepovedi udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (uradni list RS, št. 98/04 – ZOPOKD – UPB1 in 65/08).	
12	Izjavljamo, da so vsi podatki, predloženi v tej ponudbi resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalnim.	

Navedeni podatki so resnični in soglašamo, da jih naročnik preveri iz uradnih evidenc. Izjavljamo, da bomo na naročnikovo zahtevo za podatke, o katerih se ne vodi uradna evidenca, predložili ustrezne originalne dokaze.

S podpisom tudi izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo in da sprejemamo vse pogoje predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo tudi, da do naročnika ne bomo imeli nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik.

Žig in podpis ponudnika:

V _____, dne _____

Obrazec D

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857

Interna številka javnega naročila: 01-2018

Ponudnik (podjetje): _____
Naslov: _____

IZJAVA o izpolnjevanju tehničnih zahtev

Tehnične zahteve za **nakup in instalacijo CCD kamero PHOTON II CPAD za vgradnjo v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM¹³⁵ CCD kamere)**

Zap. Šte v.	Tehnična oz. druga zahteva	Vrednost podatka, navedba predpisa, opis oz. obrazložitev zahteve	V katerem predloženem dokumentu in na katerem mestu je	Opomba
I.	II.	III.	IV.	V.
1	<i>Splošne zahteve:</i> - Sistem za določevanje kristalnih struktur makromolekul X8 PROTEUM je sestavljen iz generatorja rentgenskih žarkov, detektorskega sistema (CCD kamera), računalnikov in programske opreme ter osnovnih pripomočkov za kristalizacijo, shranjevanje in obdelavo kristalov. - Predmet razpisa je nakup in instalacijo CCD kamere PHOTON II CPAD za vgradnjo v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM¹³⁵ CCD kamere). - Vključen je nakup CCD kamere PHOTON II CPAD, odmontiranje obstoječe PLATINUM¹³⁵ CCD kamere, vgradnja nove kamere, dobava novega računalnika in programske podpore novi kameri in delovanju celotnega sistema X8 PROTEUM ter preizkus delovanja nove PHOTON II CPAD CCD kamere in celotnega sistema X8 PROTEUM z			

	vgrajeno novo PHOTON II CPAD CCD kamero. - Nova CCD kamera oziroma detektor mora biti vrste CPAD. - Nova CCD kamera oziroma detektor mora biti kompatibilen z Brukerjevim KAPPA goniometrom in motoriziranim tirom detektorja. - Nova CCD kamera mora biti integrirana z in jo mora kontrolirati Brukerjeva BIS programska oprema.			
Detektorski sistem				
2	Detektor - CCD kamera mora zaznavati en foton z nizkim šumom in omogočati hitro odčitavanje za neprekinjeno zbiranje oz. snemanje podatkov. Zajemati mora območja splošno uporabljenih rentgenskih valovnih dolžin (Cu, Ga, Mo, Ag). - CCD kamera mora biti preprosta za vzdrževanje, z nizko porabo energije in zračno hlajena. - Podrobne specifikacije CCD kamere: • Vrsta detektorja: CPAD, • Aktivno območje (mm²): 140 x 100 • Velikost pike: 135 x 135, • Širjenje točke, zamegljenost okrog točke (μm): 75, • DQE (Ga K-alfa) (izmerjena kvantna učinkovitost): >0.9, • Občutljivost za zaznavo enega fotona: 0.99, • Čas odčitavanja (ms): 14, • Hitrost osveževanja (Hz): 70, • Šum deljenja naboja, ko signal zadane mrtvo območje med dvema pikama: 0 elektronov, • Omogočanje velikega aktivnega območja, > 93x93 mm brez mrtvega območja, • Nelinearna stopnja štetja: <1% nelinearnost do polnega števila, • Dinamično območje/razpon: >200,000, • Neobčutljiva območja med pikami: 0%, - Način hlajenja: zrak.			

3	<i>Obstoječi goniometer (4 kapa) vključno z vmesnikom in generatorjem mora biti nadgrajen z novo CCD kamero na mestu postavitve sistema X8 PROTEUM:</i> - mora biti računalniško kontroliran tudi po montaži nove CCD kamere, - zaščiten pred trki z ostalo opremo, - montiranje kristalov: goniometrijska glava mora omogočati optimalno montažo kristalov.			
4	<i>Interaktivna kontrola goniometra znotraj varnostnega ohišja mora zajemati:</i> - spreminjanje pozicije in orientacije goniometra in detektorja, - sprožitev snemanja testnih podatkov.			
5	<i>Sistem za centriranje kristalov mora delovati brezhibno po montaži nove CCD kamere:</i> - testiranje celotnega sistema s testnimi proteinskimi kristali.			
Računalnik in programska oprema				
6	<i>Dobava namensko konfiguriranega računalnika za nadzor instrumentov in programske opreme za snemanje in obdelavo podatkov z novo PHOTON II CPAD CCD kamero:</i> - Procesor Core™ i5 Quad Core četrte generacije, - 8 GB RAM, - Trdi disk 2.0 TB SATA, - 24" LED monitor, - US/INT tipkovnica, - Optična miška, - Optična miška, - SATA DVD-RW, - Operacijski sistem: Windows 7 Professional 64 Bit, Angleški - integrirana programska oprema za snemanje podatkov, indeksiranje, integracijo in skaliranje mora vključevati licenco za posodobitev/nadgradnjo programa APEX3 ali PROTEUM2, na zadnjo izdajo programske različice Priročniki: celovit paket navodil za uporabo na CD-ROM (programska in strojna oprema).			
Vzdrževanje in podpora				
7	<i>Triletna garancija CCD kamere</i>			

Ostalo				
8	Zamenjane dele v sistemu X8 PROTEUM lahko ponudnik nove CCD kamere prevzame v trajno last.			

Navodila za izpolnjevanje tabele:

Pod zaporedne številke od **I.** do **III.** se navede naziv, model/tip in proizvajalca ponujenega proizvoda.

V koloni **III.** je potrebno za vsako točko oziroma zahtevo vpisati dejanski podatek oziroma navesti zahtevane predpise, standarde ipd. ali kratko obrazložiti posamezno zahtevo. Pri zahtevah, ki se dajo izraziti številčno je potrebno vpisati vrednost s številko, enoto, količino in ipd. Pri drugih podatkih pa je treba natančno opisati zahtevano lastnost ali vpisati »DA«, če je zahteva izpolnjena. V primeru, da ponudnik vpiše »NE«, pomeni, da ne izpolnjuje naročnikove zahteve.

V koloni **IV** je potrebno natančno navesti vrsto dokazila in kje v priloženi dokumentaciji (npr. v tehnični knjižici, v prilogi, poglavju, stran priložene dokumentacije) so podatki iz kolone **III** zabeleženi. Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati, obkrožiti, markirati pid).

V koloni **V** lahko ponudnik vnese dodatne opombe/podatke v zvezi z zahtevanimi podatki v kolonah **III** in **IV**.

Ponudnik lahko z dodatno izjavo jamči, da nova CCD kamera izpolnjuje navedene zahteve in je skladna z obstoječo opremo oziroma sistemom X8 PROTEUM.

Žig in podpis ponudnika:

V _____, dne _____

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857

Interna številka javnega naročila: 01-2018

Ponudnik (podjetje): _____
Naslov _____

IZJAVA O ODZIVNEM ČASU ZA SERVIS

Izjavljamo, da zagotavljamo odzivni čas za servis največ ____ delovnih dni po prejemu poziva naročnika.

Ta izjava je priloga prijave dobavitelja na razpis za nakup in instalacijo CCD kamere PHOTON II CPAD za vgradnjo v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM¹³⁵ CCD kamere), št. 01-2018.

Žig in podpis ponudnika:

V _____, dne _____

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857

Interna številka javnega naročila: 01-2018

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

Polni naziv ponudnika:	
Sedež(naslov) ponudnika:	
Občina sedeža ponudnika:	
Matična številka ponudnika:	

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik CO CIPKeBiP, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa poslovna direktorica dr. Livija Tušar, za namene javnega razpisa »**za nakup in instalacijo CCD kamere PHOTON II CPAD za vgradnjo v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM¹³⁵ CCD kamere)**«, št. 01-2018, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 21.9.2018, pridobiti naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za vse osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje.

a)

Ime in priimek	
EMŠO:	
Datum rojstva:	
Kraj rojstva:	
Država rojstva:	
Naslov stalnega/začasnega bivališča:	
Podpis	

b)

Ime in priimek	
EMŠO:	
Datum rojstva:	
Kraj rojstva:	
Država rojstva:	
Naslov stalnega/začasnega bivališča:	
Podpis	

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.

Ponudnik:

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857

Interna številka javnega naročila: 01-2018

PODATKI O VODILNEM PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi:

Naziv ponudnika:	
Naslov ponudnika:	
Zakoniti zastopnik ponudnika:	
Kontaktna oseba:	
Elektronski naslov kontaktne osebe:	
Številka telefona:	
Številka faksa:	
Internetni naslov:	
Identifikacijska številka:	
Transakcijski račun št. pri banki:	
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:	

Na podlagi javnega razpisa »za nakup in instalacijo CCD kamere PHOTON II CPAD za vgradnjo v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM¹³⁵ CCD kamere)«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 21.9.2018 se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

Zap. št.	Polni naziv	Področje dela	Vrednost del	Razmerje v %
Vodilni partner v skupni ponudbi				
Partner v skupni ponudbi				
Partner v skupni ponudbi				
Partner v skupni ponudbi				

Partner v skupni ponudbi				
-----------------------------	--	--	--	--

Ponudnik:

.....
(kraj, datum)

(žig)

.....
(podpis predstavnika)

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali s skupno ponudbo.

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857

Interna številka javnega naročila: 01-2018

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

s podizvajalci:

Zap.št.	Nazivi podizvajalcev
1	
2	
3	
4	
5	

Ponudnik izpolni tabelo »Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec« za vsakega podizvajalca tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe naročila bo posamezni podizvajalec izvedel.

Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec:

Naziv podizvajalca:	
Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec	
Količina	
Vrednost	
Kraj izvedbe	
Rok izvedbe	

Ponudnik:

.....
(kraj, datum)

(žig)

.....
(podpis predstavnika)

Opomba naročnika: Ponudnik ustrezno označi ali bo sodeloval s podizvajalci.

Obrazec I

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857

Interna številka javnega naročila: 01-2018

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE

Polni naziv podizvajalca:	
Sedež(naslov) podizvajalca:	
Zakoniti zastopnik podizvajalca:	
Občina sedeža podizvajalca:	
Matična številka podizvajalca:	

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):

- ☐ DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika;
☐ NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in izpolniti Izjavo o izpolnjevanju pogojev (Obrazec C) obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Podizvajalec:

.....
(kraj, datum)

(žig)

.....
(podpis predstavnika)

Opomba naročnika: V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci se zahteva ustrezno kopira.

Priloga št. 1

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Interna številka javnega naročila: 01-2018

Ponudnik (podjetje): _____

Naslov: _____

Dokazila o sodelovanju ponudnika ali proizvajalca opreme v zadnjih dveh letih pri različnih naročnikih

Najmanj dve sodelovanji ponudnika ali proizvajalca opreme v zadnjih dveh letih pri različnih naročnikih.

Zap.št.	Referenčna stranka	Oprema	Čas realizacije

V _____, dne _____

Žig in podpis ponudnika:

VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE

Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa poslovna direktorica dr. Livija Tušar, davčna številka: SI90147502, kot kupec

in

_____, ki ga zastopa
_____, kot prodajalec

Se dogovorita in skleneta naslednjo

KUPOPRODAJNO POGODBO

št. _____

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da

- a. je kupec na podlagi 47. člena ZJN-3 izvedel naročilo po postopku naročila male vrednosti za **nakup in instalacijo CCD kamere PHOTON II CPAD za vgradnjo v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM¹³⁵ CCD kamere)** (v nadaljevanju besedila: predmet pogodbe),
- b. da je bil prodajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo predmeta pogodbe,

2. člen

Prodajalec proda, kupec pa kupi predmet pogodbe po predračunu št. _____ z dne _____.

Prodajalec se zavezuje, da je predmet pogodbe v skladu z zahtevami naročnika opredeljenimi v Povabilu k oddaji ponudbe, interna številka razpisa 01-2018, z dne 21.9.2018.

3. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da znaša pogodbeni cena za predmet pogodbe _____ EUR. Tako dogovorjena pogodbeni cena je dokončna in vključuje nabavno ceno, davek na dodano vrednost in druge morebitne stroške, ki bodo nastali do prevzema predmeta pogodbe s strani kupca. Prodajalec se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz, odmontiranje stare CCD kamere in funkcionalno vgraditev nove CCD kamere, dostavo krmilnega računalnika z ustrezno programsko opremo za krmiljenje nove CCD kamere in celotnega sistema X8 PROTEUM ter preizkus sistema X8 PROTEUM z novo CCD kamero. Odmontirani deli so trajna last ponudnika nove CCD kamere.

4. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave _____ dni od dneva podpisa pogodbe.

Kupec se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna vgraditev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je prodajalec kupcu izročil garancijske liste.

Dobavitelj naročniku jamči:

- da je oprema nova, nerabljena in da nima napak,
- da oprema deluje brezhibno in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile podane s strani naročnika,
- da bodo dodatne aktivnosti v zvezi z dobavljeno opremo (instalacija) izvedene strokovno,
- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

5. člen

Ob prevzemu predmeta pogodbe prodajalec izstavi račun, ki ga kupec poravna najkasneje v 30-ih dneh.

6. člen

Če prodajalec pogodbo izvaja s podizvajalci in podizvajalci zahtevajo neposredno plačilo s strani kupca kot naročnika po ZJN-3, prodajalec pooblašča kupca, da kupec na podlagi potrjenega računa podizvajalca s strani prodajalca neposredno plača podizvajalcu.

7. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide s prodajalca na kupca z izročitvijo opreme kupcu.

Prodajalec daje kupcu garancijo za kvaliteto in delovanje opreme za dobo _____ let od dneva prevzema opreme.

Prodajalec mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa v _____ delovnih dneh od časa prejema obvestila.

Če oprema ni popravljena v navedenem roku, mora prodajalec za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške, vključno s prevoznimi stroški na posamezno lokacijo. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Dobavitelj se zavezuje, da bo vsaj ____ let zagotavljal rezervne dele. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

8. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta storili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

9. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

10. člen

Pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih sprejme vsaka od pogodbenih strank po 1 izvod. Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

Datum:

Prodajalec:

Datum:

Kupec:
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov

poslovna direktorica:

doc. dr. Livija Tušar

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Interna številka javnega naročila: 01-2018

Prevzemni zapisnik za javno naročilo

Nakup in instalacija **CCD kamere PHOTON II CPAD za vgradnjo v sistem X8 PROTEUM**
(zamenjava **PLATINUM¹³⁵ CCD kamere**)

DOBAVITELJ:	
Naziv:	
Naslov:	
Identifikacijska številka:	
Matična številka:	
Transakcijski račun:	
Številka pogodbe:	

Na osnovi DOBAVNICE št. _____ z dne _____ se izvede:

PREVZEMNI ZAPISNIK

Številka	
Kraj	
Datum	

Vrsta prevzema ☐ Storitve ☐ Material ☐ Oprema ☐ Gradnja

Dostava: ☐ Dobavitelj ☐ Prevoz ☐ Ostalo, navedi: _____

Št.	Ugotovitev	DA	NE
1	Vse naročene komponente in deli so dobavljeni		
2	Kvaliteta dobavljenih komponent ali del ustreza naročilu		
3	Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali delov		
4	Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija		
5	Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo		
6	Odmontirana stara CCD kamera in kamero je prevzel ponudnik oziroma serviser		
7	Instalacija nove CCD kamere		
8	Testiranje delovanja celotnega sistema X8 PROTEUM z instalirano novo CCD kamero		
9	Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu		
Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen:			

Dodaten komentar:

--

Dobavitelj prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

Dobavitelj:

Prejemnik:

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Interna številka javnega naročila: 01-2018

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE

PONUDNIK/IZDAJATELJ MENICE	
Naziv in sedež	
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec	

nepreklicno in brezpogojno izjavljam, da pooblaščam

NAROČNIKA	
Naziv in sedež	
Poslovni račun	

da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot **zavarovanje za vračilo predplačila oz. avansa** za javno naročilo

Oznaka javnega naročila	
Predmet javnega naročila	

skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih največ do zneska _____ **EUR** (največ ___ % pogodbene vrednosti z DDV).

Izdajatelj menice se odreka vsem ugovorom (tudi ugovorom v sodnem postopku) proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika. Izdajatelj menice izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Izdajatelj menice hkrati POOBLAŠČAM naročnika, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

Banka in št. TRR	
Banka in št. TRR	

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblašчам banko oz. katerokoli drugo osebo pri kateri je takšen račun odprt, v katerega breme je možno poplačilo te menice, da izvede plačilo.

Datum	Izdajatelj menice (podpis in žig)