

CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Davčna številka: SI90147502
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984
www.cipkebiP.org

Številka: 34-2010
Datum: 30.12.2010

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku za
nakup »Visokozmogljivega tekočinskega kromatografa«

Na podlagi Zakona o javnem naročanju, ZJN-2B (Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12.3.2010), v skladu s 25. členom ZJN-2B in Sklepa o začetku oddaje javnega naročila z dne 15.12.2010, vas vabimo k oddaji ponudbe na javni razpis po odprtem postopku za dobavo Sistema za določevanje kristalnih struktur makromolekul.

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša brez davka na dodano vrednost 92.000,00 EUR.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na internetnem naslovu: <http://www.cipkebiP.org/>.

Naročnik lahko v skladu z 80. členom ZJN-2A kadarkoli prekine postopek javnega naročanja.

1. Predmet naročila

Predmet javnega naročila je nakup **Visokozmogljivega tekočinskega kromatografa**.

2. Popolna ponudba

Popolna ponudba mora vsebovati:

- a) Izpolnjene in podpisane podatke o ponudniku **Obrazec A**
- b) Izpolnjen in podpisan predračun **Obrazec B**
- c) Izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev **Obrazec C**
- d) Izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju tehničnih pogojev **Obrazec D**
- e) Izpolnjeno in podpisano izjavo o odzivnem času za servis **Obrazec E**
- f) Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun in S.BON-1/P **Obrazec F** s prilogo F1 in F2
- g) Garancija za resnost ponudbe **Obrazec G**
- h) Izjava banke **Obrazec H**
- i) Dokazila o sodelovanju ponudnika v zadnjih petih letih pri različnih naročnikih **Priloga št. 1**
- j) Izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe **Priloga št. 2**

K obrazcu F mora ponudnik obvezno priložiti dve prilogi:

- Priloga F1: Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun
- Priloga F2: S.BON-1/P (dokument ne sme biti starejši od treh mesecev).

Ponudnik daje bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% skupne ponudbene cene brez DDV z veljavnostjo ponudbe do 60 dni (Obrazec G).

Ponudnik bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Ponudnik mora predložiti Izjavo banke, da bo izbranemu ponudniku izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Obrazec H).

Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu in zvezani tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati. Predloženi izpolnjeni obrazci morajo biti podpisani in opremljeni z žigom.

Ostali pogoji:

- a) Predračun mora biti veljaven ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
- b) Vse cene morajo biti izražene v evrih. Končna cena mora vsebovati vse elemente iz katerih je sestavljena vključno s stroški prevoza, s funkcionalno postavitvijo opreme in usposabljanjem uporabnikov. Popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno.
- c) Čas dobave ne sme biti daljši od 30 dni od podpisa pogodbe.

3. Tehnične zahteve

Ponudba sistema mora vključevati:

- visokozmogljiv tekočinski kromatograf,
- inštalacijo tekočinskega kromatografa in potreben material,
- kvalifikacijo inštalacije visokozmogljivega tekočinskega kromatografskega sistema.

Pri čemer:

- Morajo vsi sestavni deli oziroma moduli instrumenta biti od enega proizvajalca.
- Mora programska oprema omogočati popolno krmiljenje vseh delov visokotekočinskega kromatografskega sistema.
- Mora biti servis zagotovljen v Sloveniji.
- Cena ponudbe ne sme presegati 110.000 EUR z DDV.

Specifikacija sistema:

Vse navedene specifikacije morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije, ki mora biti tudi javno dostopna:

1. Visokozmogljiv tekočinski kromatograf.

Tekočinski kromatograf naj bo sestavljen iz modulov enega proizvajalca. Vsi eventuelni posamezni deli visokozmogljivega tekočinskega kromatografa morajo imeti sistem za detekcijo puščanja (ang. leak detection). Možnost dela pri tlakih do vsaj 400 bar pri pretokih do 5 mL/min.

1.1. Razplinjevalec mobilne faze (ang. degasser)

- z vsaj dvema ločenima kanaloma,

- s konstantnim kontroliranim podtlakom,
- z učinkovitim odstranjevanjem raztopljenih plinov do pretoka vsaj 5 mL/min skozi vsak kanal.

1.2. Gradientna črpalka.

- Binarna črpalka z mešanjem pri visokem tlaku.
- Delovno območje pretoka vsaj od 0,05 mL/min do 5 mL/min.
- Točnost pretoka skozi vsak kanal $\pm 1\%$ RSD retencijskih časov.
- Natančnost mešanja mobilne faze mora biti $\leq 0,15\%$ RSD retencijskih časov v celotnem mešalnem območju.
- Kompenzacija kompresibilnosti mobilne faze, ki temelji na kalibraciji kompresibilnosti uporabljenih topil.
- Natančnost pretoka mora biti $< 0,15\%$ RSD.
- Možnost izbire dodatnega para topil (izbiranje med dvema topiloma na obeh glavah črpalke).
- Največji mrtev volumen hidravličnih komponent črpalke ne sme presegati 800 μL skupaj z mešalno komoro; obstajati mora možnost konfiguracije z minimalnim mrtvim volumenom največ 150 μL .

1.3. Avtomatski vzorčevalnik in injektor.

- Možnost vzorčenja iz 2 mL vial (najmanj 40) in mikrotitrnih plošč (najmanj 2).
- Volumen injiciranja v območju od 0,1 μL do 100 μL .
- Možnost prekrivajočih se injiciranj (ang. overlapped injections).
- Natančnost injiciranja $< 1\%$ RSD v celotnem območju od vključno 1 μL naprej.
- Prenos med vzorci (ang. carry over) $< 0,01\%$.
- Učinkovit sistem spiranja zunanosti vzorčevalne igle.
- Učinkovito termostatiranje vzorcev v temperaturnem območju vsaj 4°C do 40°C ali širše.

1.4. Termostat za kolone.

- Možnost termostatiranja v območjih do vsaj 65°C in hlajenja do vsaj 10°C pod temperaturo okolice, v celotnem območju pretokov (do 5 mL/min).
- Kapaciteta vsaj 2 koloni dolžine 30 cm.
- Stabilnost temperature $< \pm 0,2^\circ\text{C}$.
- Točnost temperature $< \pm 1^\circ\text{C}$.
- Možnost nadgradnje z 2-pozicijskim/6-potnim ventilom za izbiro kolone, krmiljenim s časovnimi nastavitvami znotraj analitske metode.

1.5. UV Detektor z vrsto diod.

- Detektor z vsaj 1024 diodami v območju vsaj 190 nm – 600 nm.
- Možnost shranjevanja vsaj 5 signalov hkrati.
- Kratkotrajni šum po ASTM $< \pm 0,4 \times 10^{-5}$ AU pri dolžini poti 10 mm.
- Lezenje bazne linije signala (angl. drift) naj bo $< 0,5$ AU/uro pri valovnih dolžinah pod 250 nm.
- Linearno območje absorbanc ≥ 2 AU.
- Pretočna celica volumna ≤ 2 μL in dolžino poti žarka skozi vzorec ≥ 10 mm.

1.6. Detektor lomnega količnika.

- Detekcija lomnega količnika v območju vsaj od 1,00 do 1,70.
- Kontrola temperature optične enote detektorja vsaj do 50 °C.
- Kratkotrajni šum po ASTM $\leq \pm 2,5 \times 10^{-9}$ RUI.
- Lezenje bazne linije signala (angl. drift) naj bo $< 220 \times 10^{-9}$ RUI /uro.
- Pretočna celica volumna ≤ 10 μL .
- Omogočati mora časovno spreminjanje polarnosti signala z nastavitvami v analitski metodi.

1.7. Fluorescenčni detektor.

- Ekscitacija s ksenonovo utripalko.
- Možnost shranjevanja vsaj 3 signalov hkrati.
- Območje ekscitacije vsaj 200 nm – 1.000 nm.
- Območje emisije vsaj 300 nm – 1.000 nm.
- Raman razmerje S/N mora biti najmanj 2.500 glede na referenco temnega toka.
- Pretočna celica volumna ≤ 10 μL .

- Omogočati mora časovno spreminjanje občutljivosti detektorja (angl. PMT gain) z nastavitvami v analitski metodi.

1.8. Zbiralec frakcij.

- Možnost zbiranja frakcij v tubice, vijale in mikrotitrne plošče.
- Možnost zbiranja neskončnega volumna frakcije v zunanje posode za vsaj 10 frakcij.
- Možnost začetka zbiranja frakcije na osnovi časovne tabele ter na osnovi lastnosti signala detektorja.
- Možnost zbiranja iste frakcije večih injiciranj v eno pozicijo.
- Interni mrtvi volumen zbiralca frakcij ne sme presegati 60 μ L.

1.9. Računalnik in programska oprema.

- Ustrezno zmogljiv računalnik z operacijskim sistemom.
- Vsaj 22" monitor.
- Laserski tiskalnik, A4, > 30 strani/min, dvostranski, priklop na mrežo, predal za vsaj 250 listov.
- Programska oprema za vodenje tekočinskega kromatografa in pobiranje podatkov.
- Programska oprema mora omogočati napredno delo z UV-Vis spektri ter z ekscitacijskimi in emisijskimi fluorescenčnimi spektri.
- Programska oprema mora vključevati pregledni vmesnik za določanje režima zbiranja frakcij.

2. Inštalacija vseh delov tekočinskega kromatografa in programske opreme ter storitve za vzdrževanje in kakovostno uporabo sistema.

- Inštalacija visokozmogljivega tekočinskega kromatografa.
- Material potreben za inštalacijo in osnovno vzdrževanje sistema.
- Osnovno seznanjanje uporabnika s programsko in strojno opremo.
- Garancijski rok: 12 mesecev.

3. Verifikacijo inštalacije visokozmogljivega tekočinskega kromatografskega sistema.

- Kvalifikacija inštalacije vseh strojnih in programskih sistemov visokozmogljivega tekočinskega kromatografa, IQ.
- Transparentni in s predpisi skladni protokoli za IQ validacije programske in strojne opreme (GLP smernice).
- Usposobljenost serviserjev (certifikati) – vsaj dve leti na podobnih inštrumentih.

4. Kriteriji za izbiro in sklenitev pogodbe

Naročnik bo izbral najustreznejšega ponudnika ob izpolnjevanju pogojev navedenih v 2. (Popolna ponudba) in 3. točki (Tehnične zahteve) ter na podlagi ponujene cene. Vse cene morajo biti izražene v evrih. Končna cena mora vsebovati vse elemente iz katerih je sestavljena vključno s stroški prevoza, s funkcionalno postavitvijo opreme in usposabljanjem uporabnikov. Popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno.

V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.

Naročnik ne dopušča predložitve variantnih ponudb.

Merilo za izbor najustreznejšega ponudnika je izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika navedenih v točki 3.

Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 79. člena Zakona o javnem naročanju.

Ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v 3 delovnih dneh po sprejemu odločitve naročnika. Če ponudnik ne vloži zahteve pravočasno ali če je

ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Od dneva prejema dodatne obrazložitve, v primeru zavrženja zahteve za dodatno obrazložitev pa od dneva prejema odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 10 dni od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.

Rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.

5. Način in rok oddaje ponudbe

Ponudbe z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami morajo biti oddane v zaprti ovojnici osebno (ga. Katarini Drobnič Sterle) ali po pošti na naslov:

CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti vidna oznaka **NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO PO ODPRTEM POSTOPKU – Številka naročila: 34-2010**

Na hrbtni strani mora biti naveden polni naslov pošiljatelja, njegova telefonska številka in elektronski naslov.

Za pravočasno oddano bo štela ponudba, ki bo dostavljena do vključno **14.1.2011 do 10.00 ure** ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka.

Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Vloge so lahko napisane v slovenskem ali v angleškem jeziku, finančni del pa mora biti prikazan v evrih.

6. Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: <http://www.enarocanje.si>.

Ponudniki lahko v pisni obliki na zgornji naslov zahtevajo dodatna pojasnila do 12.1.2011 do 10.00 ure. Naročnik bo posredoval odgovor, ki bo objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

7. Dopolnitve in spremembe javnega naročila po odprtem postopku

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo to objavil na svoji spletni strani (<http://www.cipkebiP.org/>) in na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.

8. Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo **14.1.2011 ob 13.00** uri na naslovu
CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Predavalnica B220.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

9. Garancije v zvezi z javnim naročilom

Vsi ponudniki so dolžni predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% skupne ponudbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo ponudbe. Naročnik bo vnovčil garancijo za resnost ponudbe v primeru, da ponudnik umakne ponudbo po javnem odpiranju ponudb ali v primeru, da izbrani ponudnik odreče podpis pogodbe v skladu z razpisnimi pogoji.

Izbrani ponudnik bo moral v 10 dneh po sklenitvi pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati vsaj en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla, ki je predmet tega razpisa.

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu primopredajnega zapisnika po opravljenem funkcionalnem prevzemu opreme predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati en dan več kot garancijski rok.

10. Obvestilo o oddaji

Obvestilo o oddaji javnega naročila bodo ponudniki prejeli predvidoma v roku 10 dni od roka za oddajo ponudbe.

11. Dodatne informacije

Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (št. operacije OP13.1.1.2.02.0005), delno financira Evropska unija, in sicer

iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.

Pravni pouk:

Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku javnega razpisa, sme zahtevati revizijo postopka v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN (Uradni list RS št. 94/07). Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah oddaje javnega naročila, razen če ZJN-2B in ZRPJN ne določa drugače. Po odločitvi o oddaji naročila je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o odločitvi o oddaji naročila.

Vlagatelj mora v zahtevku navesti kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo in priložiti naslednje dokumente: odločitev o oddaji naročila, obrazložitev kršitev, dokaze o kršitvah ter potrdilo o vplačilu takse v višini 2.500 EUR. Takso mora plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. 0110-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, sklic 11 161100-7111290-00000010. V primeru, da je razpis objavljen tudi v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo v dveh izvodih pri naročniku. Naročnik kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posreduje izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo pa vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

S spoštovanjem,

Dr. Livija Tušar
Poslovna direktorica

Priloge:

1. Izpolnjeni in podpisani podatki o ponudniku **Obrazec A**
2. Izpolnjen in podpisan predračun **Obrazec B**
3. Izpolnjena in podpisana izjava o izpolnjevanju pogojev **Obrazec C**
4. Izpolnjena in podpisana izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev **Obrazec D**
5. Izpolnjena in podpisana izjava o odzivnem času za servis **Obrazec E**
6. Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprti transakcijski račun in S.BON-1/P **Obrazec F** s prilogo F1 in F2
7. Garancija za resnost ponudbe **Obrazec G**
8. Izjava banke **Obrazec H**
9. Dokazila o sodelovanju ponudnika v zadnjih petih letih pri različnih naročnikih (**Priloga št. 1**)
10. Izpolnjen in podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe (**Priloga št. 2**)

Obrazec A

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: **34-2010**

PODATKI O PONUDNIKU

Predmet javnega naročila po odprtem postopku je nakup: **visokozmogljivega tekočinskega kromatografa.**

Podatki o ponudniku:

Naziv:	
Naslov:	
Zakoniti zastopnik:	
Davčna številka:	
Matična številka:	
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):	
Številke transakcijskih računov:	
Odprtih pri banki/bankah:	
Kontaktna oseba:	
GSM kontaktne osebe:	
Številka telefona:	
Številka telefaksa:	
Elektronski naslov:	
Spletni naslov:	

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Žig in podpis ponudnika

Kraj in datum: _____

Obrazec B

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984
Številka razpisa: 34-2010

PONUĐNIK:

Naziv:.....
 Naslov:.....
 Davčna številka:.....
 Matična številka:.....
 Transakcijski račun:.....

PREDRAČUN št.:

Datum izdaje:

Kraj Izdaje:

JAVNO NAROČILO po odprtem postopku za nakup: **Visokozmogljivega tekočinskega kromatografa.**

Zap. Št.	Opis artikla	Količina	Cena na enoto (brez DDV v EUR)	Skupaj (brez DDV v EUR)
Skupaj (brez DDV v EUR)				
Popust (___%) (EUR)				
20% DDV (EUR)				
Skupaj za plačilo (EUR)				

Cene so končne in v njih so všeti vsi stroški za izvedbo javnega naročila vključno s stroški prevoza, s funkcionalno postavitvijo opreme in usposabljanjem uporabnikov.

Dobavni rok: 30 dni.

Plačilni pogoji: 30 dni.

Veljavnost predračuna: do 60 dni

Garancijski rok:

Žig in podpis ponudnika:

Obrazec C

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 34-2010

Ponudnik (podjetje): _____

Naslov _____

I Z J A V A o izpolnjevanju pogojev

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje za sodelovanje:

Zap. št.	Pogoji	Izpolnjujemo (vpišite Da oz. Ne)
1	Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.	
2	Izjavljamo, da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.	
3	Izjavljamo, da nismo mi in ne naši zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravno osebo, bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj določenih v 1. In 2. odstavku 42. člena ZJN-2B.	
4	Izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz 1., 2. in 3. Odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije – ZPKor (Uradni list RS, št. 8/04).	
5	Izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in zoper nas ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. Kot dokazilo prilagamo izpolnjen in podpisan obrazec F.	
6	Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (44. člen ZJN-2B).	
7	Izjavljamo, da smo skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno sposobni izvesti predmetno naročilo.	
8	Izjavljamo tudi, da nismo uvrščeni na seznam ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance.	
9	Izjavljamo, da nam ni bila izrečena stranska kazen prepovedi udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (uradni list RS, št. 98/04 – ZOPOKD – UPB1 in 65/08).	
10	Izjavljamo, da so vsi podatki, predloženi v tej ponudbi resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalnim.	

Navedeni podatki so resnični in soglašamo, da jih naročnik preveri iz uradnih evidenc. Izjavljamo, da bomo na naročnikovo zahtevo za podatke, o katerih se ne vodi uradna evidenca, predložili ustrezne originalne dokaze.

S podpisom tudi izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo in da sprejemamo vse pogoje predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo tudi, da do naročnika ne bomo imeli nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik.

V _____, dne _____

Žig in podpis ponudnika:

Obrazec D

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984
Številka razpisa: 34-2010

Ponudnik (podjetje): _____
Naslov: _____

I Z J A V A o izpolnjevanju tehničnih zahtev

Tehnične zahteve za **nakup visokozmogljivega tekočinskega kromatografa**

Zap. Štev.	Tehnična oz. druga zahteva	Vrednost podatka, navedba predpisa, opis oz. obrazložitev zahteve	V katerem predloženem dokumentu in na katerem mestu je	Opomba
I.	II.	III.	IV.	V.
1	Splošne zahteve za visokozmogljiv tekočinski kromatograf: - Tekočinski kromatograf naj bo sestavljen iz modulov enega proizvajalca. - Vsi eventuelni posamezni deli visokozmogljivega tekočinskega kromatografa morajo imeti sistem za detekcijo puščanja (ang. leak detection). - Možnost dela pri tlakih do vsaj 400 bar pri pretokih do 5 mL/min.			
1.1.	Razplinjevalec mobilne faze (ang. degasser) - z vsaj dvema ločenima kanaloma, - s konstantnim kontroliranim podtlakom, - z učinkovitim odstranjevanjem raztopljenih plinov do pretoka vsaj 5 mL/min skozi vsak kanal.			
1.2.	Gradientna črpalka. - Binarna črpalka z mešanjem pri visokem tlaku. - Delovno območje pretoka vsaj od 0,05 mL/min do 5 mL/min. - Točnost pretoka skozi vsak kanal $\pm 1\%$ RSD retencijskih časov. - Natančnost mešanja mobilne faze mora biti $\leq 0,15\%$ RSD retencijskih časov v celotnem mešalnem območju. - Kompenzacija kompresibilnosti mobilne faze, ki temelji na kalibraciji kompresibilnosti uporabljenih topil. - Natančnost pretoka mora biti $< 0,15\%$ RSD. - Možnost izbire dodatnega para topil (izbiranje med dvema topiloma na obeh glavah črpalke). - Največji mrtev volumen hidravličnih komponent			

	črpalke ne sme presegati 800 µL skupaj z mešalno komoro; obstajati mora možnost konfiguracije z minimalnim mrtvim volumnom največ 150 µL.			
1.3.	Avtomatski vzorčevalnik in injektor. - Možnost vzorčenja iz 2 mL vial (najmanj 40) in mikrotitrnih plošč (najmanj 2). - Volumen injiciranja v območju od 0,1 µL do 100 µL. - Možnost prekrivajočih se injiciranj (ang. overlapped injections). - Natančnost injiciranja < 1% RSD v celotnem območju od vključno 1 µL naprej. - Prenos med vzorci (ang. carry over) < 0,01%. - Učinkovit sistem spiranja zunanosti vzorčevalne igle. - Učinkovito termostatiranje vzorcev v temperaturnem območju vsaj 4°C do 40°C ali širše.			
1.4.	Termostat za kolone. - Možnost termostatiranja v območjih do vsaj 65°C in hlajenja do vsaj 10°C pod temperaturo okolice, v celotnem območju pretokov (do 5 ml/min). - Kapaciteta vsaj 2 koloni dolžine 30 cm. - Stabilnost temperature < ±0,2 °C. - Točnost temperature < ±1 °C . - Možnost nadgradnje z 2-pozicijskim/6-potnim ventilom za izbiro kolone, krmiljenim s časovnimi nastavitvami znotraj analitske metode.			
1.5.	UV Detektor z vrsto diod. - Detektor z vsaj 1024 diodami v območju vsaj 190 nm – 600 nm. - Možnost shranjevanja vsaj 5 signalov hkrati. - Kratkotrajni šum po ASTM < ±0,4 x 10 ⁻⁵ AU pri dolžini poti 10 mm. - Lezenje bazne linije signala (angl. drift) naj bo < 0,5 AU/uro pri valovnih dolžinah pod 250 nm. - Linearno območje absorbanca ≥ 2 AU. - Pretočna celica volumna ≤ 2 µL in dolžino poti žarka skozi vzorec ≥ 10 mm.			
1.6.	Detektor lomnega količnika. - Detekcija lomnega količnika v območju vsaj od 1,00 do 1,70. - Kontrola temperature optične enote detektorja vsaj do 50 °C. - Kratkotrajni šum po ASTM ≤ ±2,5 x 10 ⁻⁹ RUI. - Lezenje bazne linije signala (angl. drift) naj bo < 220 x 10 ⁻⁹ RUI /uro. - Pretočna celica volumna ≤ 10 µL. - Omogočati mora časovno spreminjanje polarnosti signala z nastavitvami v analitski metodi.			
1.7.	Fluorescenčni detektor. - Ekscitacija s ksenonovo utripalko. - Možnost shranjevanja vsaj 3 signalov hkrati. - Območje ekscitacije vsaj 200 nm – 1.000 nm. - Območje emisije vsaj 300 nm – 1.000 nm. - Raman razmerje S/N mora biti najmanj 2.500			

	glede na referenco temnega toka. - Pretočna celica volumna $\leq 10 \mu\text{L}$. - Omogočati mora časovno spreminjanje občutljivosti detektorja (angl. PMT gain) z nastavitvami v analitski metodi.			
1.8.	Zbiralec frakcij. - Možnost zbiranja frakcij v tubice, vijale in mikrotitrne plošče. - Možnost zbiranja neskončnega volumna frakcije v zunanje posode za vsaj 10 frakcij. - Možnost začetka zbiranja frakcije na osnovi časovne tabele ter na osnovi lastnosti signala detektorja. - Možnost zbiranja iste frakcije večih injiciranj v eno pozicijo. - Interni mrtvi volumen zbiralca frakcij ne sme presegati $60 \mu\text{L}$.			
1.9.	Računalnik in programska oprema. - Ustrezno zmogljiv računalnik z operacijskim sistemom. - Vsaj 22" monitor. - Laserski tiskalnik, A4, > 30 strani/min, dvostranski, priklop na mrežo, predal za vsaj 250 listov. - Programska oprema za vodenje tekočinskega kromatografa in pobiranje podatkov. - Programska oprema mora omogočati napredno delo z UV-Vis spektri ter z ekscitacijskimi in emisijskimi fluorescenčnimi spektri. - Programska oprema mora vključevati pregledni vmesnik za določanje režima zbiranja frakcij.			
2.	Inštalacija vseh delov tekočinskega kromatografa in programske opreme ter storitve za vzdrževanje in kakovostno uporabo sistema. - Inštalacija visokozmogljivega tekočinskega kromatografa. - Material potreben za inštalacijo in osnovno vzdrževanje sistema. - Osnovno seznanjanje uporabnika s programsko in strojno opremo. - Garancijski rok: 12 mesecev.			
3.	Verifikacijo inštalacije visokozmogljivega tekočinskega kromatografa. - Kvalifikacija inštalacije vseh strojnih in programskih sistemov tekočinskega kromatografa, IQ. - Transparentni in s predpisi skladni protokoli za IQ validacije programske in strojne opreme (GLP smernice). - Usposobljenost serviserjev (certifikati) – vsaj dve leti na podobnih inštrumentih.			

Navodila za izpolnjevanje tabele:

Pod zaporedne številke od I. do III. se navede naziv, model/tip in proizvajalca ponujenega proizvoda.

V koloni **III.** je potrebno za vsako točko oziroma zahtevo vpisati dejanski podatek oziroma navesti zahtevane predpise, standarde ipd. ali kratko obrazložiti posamezno zahtevo. Pri zahtevah, ki se dajo izraziti številčno je potrebno vpisati vrednost s številko, enoto, količino in ipd. Pri drugih podatkih pa je treba natančno opisati zahtevano lastnost ali vpisati »DA«, če je zahteva izpolnjena. V primeru, da ponudnik vpiše »NE«, pomeni, da ne izpolnjuje naročnikove zahteve.

V koloni **IV** je potrebno natančno navesti vrsto dokazila in kje v priloženi dokumentaciji (npr. v tehnični knjižici, v prilogi, poglavju, stran priložene dokumentacije) so podatki iz kolone **III** zabeleženi. Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati, obkrožiti, markirati,...).

V koloni **V** lahko ponudnik vnese dodatne opombe/podatke v zvezi z zahtevanimi podatki v kolonah **III** in **IV**.

V _____, dne _____

Žig in podpis ponudnika:

Obrazec E

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 34-2010

Ponudnik (podjetje): _____
Naslov _____

IZJAVA O ODZIVNEM ČASU ZA SERVIS

Izjavljamo, da zagotavljamo odzivni čas za servis največ 2 delovna dneva po prejemu poziva naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave dobavitelja na razpis za nakup **visokozmogljivega tekočinskega kromatografa** št. 34-2010.

V _____, dne _____

Žig in podpis ponudnika:

Obrazec F

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 34-2010

Ponudnik (podjetje): _____
Naslov _____

**Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun
in S.BON-1/P**

ki izkazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo prijave ni imel blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih.

Obrazcu F je **obvezno potrebno priložiti prilogi:**

Priloga F1: potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun

Priloga F2: S.BON-1/P (dokument ne sme biti starejši od treh mesecev).

Obrazec G

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec.....

Naslov upravičenca

Garancija št.....

V skladu z javnim razpisom z oznako **34-2010** za nakup **visokozmogljivega tekočinskega kromatografa** za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) za Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. Ponudnik je dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višiniEUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje in

3. original Garancije št. /

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka
(žig in podpis)

Obrazec H

Izjava banke

Podjetje

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana z oznako 34-2010 za nakup visokozmogljivega tekočinskega kromatografa.

IZJAVLJAMO,

da bo naročnik garancije..... v naši banki brez zadržkov dobil:

1. bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala vsaj en dan po preteku roka za dokočno izvedbo posla,
2. bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja.

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko banke.

Kraj in datum:

Žig banke

Podpis:

Priloga št. 1

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 34-2010

Ponudnik (podjetje): _____
Naslov: _____

Dokazila o sodelovanju ponudnika v zadnjih petih letih pri različnih naročnikih

Seznam najmanj treh sodelovanj ponudnika v zadnjih petih letih pri različnih naročnikih.

Zap.št.	Referenčna stranka	Oprema	Čas realizacije

V _____, dne _____

Žig in podpis ponudnika:

Priloga št. 2

VZOREC POGODBE

Številka razpisa: 34-2010

Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica dr. Livija Tušar, davčna številka: SI90147502, kot kupec

in

_____, ki ga zastopa _____
_____, kot prodajalec

Se dogovorita in skleneta naslednjo

KUPOPRODAJNO POGODBO

št. _____

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da

- a. je kupec na podlagi 25. člena ZJN-2B izvedel odprti postopek oddaje naročila za nakup **visokozmogljivega tekočinskega kromatografa** (v nadaljevanju besedila: predmet pogodbe),
- b. da je bil prodajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo predmeta pogodbe,
- c. Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (št. Operacije OP13.1.1.2.02.0005), delno financira Evropska unija, in sicer iz sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.

2. člen

Prodajalec proda, kupec pa kupi predmet pogodbe po predračunu št. _____ z dne _____.

Prodajalec se zavezuje, da je predmet pogodbe v skladu z zahtevami naročnika opredeljenimi v Povabilu k oddaji ponudbe, številka razpisa 34-2010, z dne 30.12.2010.

3. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da znaša pogodbeni cena za predmet pogodbe _____ EUR. Tako dogovorjena pogodbeni cena je dokončna in vključuje nabavno ceno, davek na dodano vrednost in druge morebitne stroške, ki bodo nastali do prevzema predmeta pogodbe s strani kupca. Prodajalec se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitve ter zagotovil izobraževanje o delu z instrumentom.

4. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave _____ dni od dneva podpisa pogodbe.

Kupec se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitve pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je prodajalec kupcu izročil garancijske liste.

5. člen

Ob prevzemu predmeta pogodbe prodajalec izstavi račun, ki ga kupec poravnava najkasneje v 30-ih dneh.

6. člen

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je dobavitelj dolžan v 10 dneh od podpisa te pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan od funkcionalne postavitve naprave.

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

7. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z prodajalca na kupca z izročitvijo opreme kupcu.

Prodajalec daje kupcu garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot jih nudi proizvajalec opreme izvajalcu, to je let od dneva prevzema opreme.

Prodajalec mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa v dveh delovnih dneh od časa prejema obvestila.

Če oprema ni popravljena v navedenem roku, mora prodajalec za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

8. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta storili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

9. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

10. člen

Pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih sprejme vsaka od pogodbenih strank po 1 izvod. Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

Datum:

Datum:

Prodajalec:

Kupec:
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov

Direktorica:

Dr. Livija Tušar